УТВЕРЖДАЮ:
Административный директор ООО «UMS»

_____ Камалидинов М.Р.

«_29_» _10_____2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку
оказание услуг по замене элемента питания (батарейки) и техническому обслуживанию прибора учета газа SARF G-10 установленного в ЦО г.Гулистан

для нужд ООО «UMS»
(Общество с ограниченной ответственностью)

город Ташкент

2026 год

1. Общие сведения

Замена элемента питания (литиевой батарейки) и тех.обслуживанию прибора учета газа «SARF G-10»установленного в ЦО г.Гулистан

1.1 Описание товаров(функциональные и потребительские свойства)

Замена элемента питания (литиевой батарейки) и тех.обслуживанию прибора учета газа «SARF G-10» установленного в ЦО г.Гулистан

1.2 Цель приобретения работ (услуг)

Восстановление работоспособности электронного блока счетчика газа «SARF G-10» установленного в ЦО г.Гулистан.

1.3 Основание реализации проекта, в рамках которого производится закупка

1.3.5.1 Обслуживание зданий и помещений \Административные офисы

2. Состав и объем работ.

Исполнитель обязуется проводить комплексное техническое обслуживание оборудования, которое включает в себя:

а) внешний осмотр корпуса счетчика на предмет механических повреждений, целостности пломб газоснабжающей организации.

б) фиксация текущих показаний до начала проведения работ.

в) аккуратное снятие защитной крышки/корпуса электронного блока без повреждения пломб учета газа.

г) извлечение старого разряженного элемента питания.

д) установка нового элемента питания с соблюдением полярности

е) проверка подачи питания на электронную плату и корректности включения ЖК-дисплея.

ж) проверка считывания импульсов/расхода, отсутствие ошибок на дисплее

з)проверка отсутствия утечки газа в местах соединений и в области счетчика с помощью прибора-течеискателя.

3. Технические требования и условия

1.1 Исполнитель должен иметь необходимые допуски, лицензии и разрешения на проведение работ в соответствии с законодательством.

1.2 Элементы питания (батарейка) предоставляется Исполнителем.

1.3 Исполнитель должен использовать специализированные литиевые элементы питания имеющие срок службы не менее 5 лет.

4. Сроки и порядок оказания услуг.

В течение 3-х рабочих дней с момента подписания договора.

5. Место выполнения работ (оказания услуг).

г. Ташкент, Сергелийский район ул. Олтин Водий дом 29а

6. Сроки выполнения работ (оказания услуг)

Гарантийный срок на оказанные услуги по замене составляет не менее 12 месяцев с даты подписания акта приема-сдачи оказанных услуг.В случае возникновения сбоев в работе электронного блока или разряда батареи в течение гарантийного срока Исполнитель обязуется устранить неисправность или повторно заменить элемент питания.

Разработано:

Руководитель _____ *Убайдуллаев Б.Ф.*

Группы Сопровождения *подпись* *(инициалы, фамилия)*
Административной
деятельности

Подготовил ведущий специалист _____ *Рузайкина М.С*

Группы Сопровождения *(подпись)* *(инициалы, фамилия)*
Административной Деятельности